DUSIČNAN HOŘEČNATÝ modifikátor matrice pro GF AAS

Pro atomovou absorpční spektroskopii v grafitové peci (kyvetě)

CAS: 13446-18-9

- Až 70 stopových nečistot stanovených v ppm rozsahu či nižším
- Garantovaná přesnost +mn; 1 %
- Expirace: 24 měsíců neotevřená láhev, 12 měsíců od otevření



Čistota	Balení	Katalogové číslo
10 g/l $Mg(NO_3)_2$ (99,999 %) v H_2O	50 ml	R.5140.1
20 g/l $Mg(NO_3)_2$ (99,999 %) v H_2O	50 ml	R.5142.1