

DUSIČNAN PALLADNATÝ modifikátor matrice pro GF AAS

Pro atomovou absorpční spektroskopii v grafitové peci (kyvetě)

- Až 70 stopových nečistot stanovených v ppm rozsahu či nižším
- Garantovaná přesnost +mn; 1 %
- Expirace: 24 měsíců neotevřená láhev, 12 měsíců od otevření

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H290-H315-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
2 g/l Pd(NO ₃) ₂ (99,999 %) v 1 % HNO ₃	50 ml	R.5143.1
5 g/l Pd(NO ₃) ₂ (99,999 %) v 1 % HNO ₃	50 ml	R.5144.1
10 g/l Pd(NO ₃) ₂ (99,999 %) v 1 % HNO ₃	50 ml	R.4842.1