KF standardy - kapalné

Kapalný standard vody pro kalibraci titračního činidla (jednosl. C nebo dvousl. T) ke stanovení vody dle Karla Fishera.

- Lze využít i pevného standardu ve formě vinanu sodného dihydrátu (kat. č. R.5229.1).



KF vodný standard

Specifikace	Koncentrace (mg/g)	Balení	Bezp.věty (GHS)	Katalogové číslo
Karl Fischer Roti®hydroquant water standard 0.1	0,1	10 x 8 ml	H226-H304-H312+H332-H315-H319-H335-H373	R.1KPT.1
Karl Fischer Roti®hydroquant water standard 1.0	1,0 +mn; 0,03	10 x 4 ml	H226-H336-EUH066	R.9971.1
Karl Fischer Roti®hydroquant water standard 5.0	5.00 ±0.02 mg/ml	500 ml	H226-H302+H312+H332-H304-H315-H318-H335-H336-H373	R.1KPX.1
Karl Fischer Roti®hydroquant water standard 10.0	10,0 +mn; 0,1	8 x 10 ml	H226-H304-H315-H318-H335-H336-H373	R.5219.2