Stericlin® páska pro indikaci sterilizace

Samolepicí páska s barevnou změnou pro parní sterilizaci

- Změna barvy indikačního pásku ze světle zelené na tmavě hnědou/černou pro indikaci úspěšně proběhlé sterilizace
- Ke změně dojde po vystavení materiálu nasycené páře po dobu 10 min při 121 °C, příp. po 2 min při 134 °C

Technické parametry

Tloušťka materiálu:	0,17 mm
Průměr:	76 mm



Sterclin® páska pro indikaci sterilizace

Šířka pásky (mm)	Délka (m)	Balení (ks)	Katalogové číslo
19	50	1	R.HXE6.1
25	50	1	R.HXE7.1