Datalogger Saveris 2 T2 - set | TESTO

WiFi záznamník s displejem pro automatické sledování teploty v chladničce

- Interní paměť záznamníku má kapacitu 10000 naměřených hodnot
- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty v chladírnách, lékárnách, nemocnicích, laboratořích, lékařských praxích a supermarketech
- Sledování teploty probíhá automatizovaně systémem rádiových záznamníků dat testo Saveris 2
- Všechna naměřená data se bezdrátově přenesou do úložiště Testo-Cloud, kde jsou automaticky archivována
- Vedle rádiového záznamníku dat (a přístupu k Testo-Cloud) jsou součástí balení dvě teplotní sondy se specielním plochým kabelem, který se dá výborně prostrčit těsněním chladničky (sonda tak zůstane uvnitř chladničky a rádiový záznamník dat venku)
- Sada dále obsahuje dvě lahvičky pro naplnění glykolem, které slouží pro eliminaci chybových hlášení při otevření dveří lednice
- Pro sledování teploty v chladničce se hodí propylenglykol, pro použití v mrazáku pod -20 °C se nabízí spíše etylenglykol
- Lze nastavit hraniční hodnoty, při jejichž překročení je pomocí emailu nebo SMS zprávy (volitelně) odesláno upozornění o jejich překročení
- Instalaci dataloggeru je možné provést bez předchozích znalostí (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	-50 až +150 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Interval měření:	1 min až 24 hod
Pouzdro:	plast (ABS)
Krytí :	IP 65
Napájení:	4 x AA (1,5 V) baterie
Rozměry (d x š x v):	95 x 75 x 30.5 mm
Hmotnost:	240 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie



Datalogger Saveris 2 set

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Datalogger Saveris 2	1	R.1H1X.1

Součástí balení je WiFi záznamník testo Saveris 2, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA AlMn), 2x teplotní NTC sonda s plochým kabelem, 2x lahvička pro simulaci teploty k naplnění glykolem, krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby