
Magnetické kuličky ROTI®PureSelect

Paramagnetické kuličky pro purifikaci PCR produktu před Sangerovým sekvenováním

- Magnetické kuličky pro přečištění amplifikované DNA od kontaminantů (nukleotidy, primery, dimery primerů, aj.)
- Vhodné pro použití v automatizovaných systémech (jednotlivé zkumavky, 96-jamkový a 384-jamkový formát)
- Využití pro následné aplikace: Sangerovo sekvenování, NGS, klonování, Microarrays
- Vysoká výtežnost amplikonů >100 bp

Technické parametry

Základní materiál:	PCR amplikony
Způsob použití:	1 ml kuliček vystačí na 55 vzorků při objemu reakční směsi 10 µl nebo na 27 vzorků při objemu reakční směsi 20 µl
Teplota skladování:	+4 °C



Magnetické kuličky ROTI®PureSelect - porovnání s kompetitory

Popis	Balení	Katalogové číslo
Magnetické kuličky ROTI®PureSelect	5 ml	R.2E8M.1
Magnetické kuličky ROTI®PureSelect	50 ml	R.2E8M.2
Magnetické kuličky ROTI®PureSelect	250 ml	R.2E8M.3
Magnetické kuličky ROTI®PureSelect	500 ml	R.2E8M.4

Před použitím dobře promíchejte.